

2024年5月8日現在

製品名	生産終了年	部品供給期間	アフターサービス	現状	代替となる製品
モジュール					
サンプラーおよびその関連					
Sampler-V	2010年	終了	不可		RAS8000(全ての機能を有効にする場合、データハンドラー更新必要)
Sampler-6(AA1用)	2020年	2030年	可能	ご相談ください	RAS8000
RAS-7000	2009年	終了	不可	ご相談ください	RAS8000(全ての機能を有効にする場合、データハンドラー更新必要)
XYステージ(コンプレッサー稼働タイプ)	2006年	終了	不可		HSU2030+RAS8000
UH-50	2006年	終了	不可		UX050B(ただしXYステージがHSU2030、サンプラーがRAS8000)
HSU1000	2009年	終了	不可	ご相談ください	HSU2030+RAS8000
HSU2010	2010年	終了	不可	ご相談ください	HSU2030+RAS8000
HSU2010(サンプラーVと接続のシリーズ)	2011年	終了	不可	ご相談ください	HSU2030+RAS8000
HSU2020	2018年	2028年	十分可能		HSU2030
SPS2000	2012年	終了	不可		無し(ホモジナイザー方式への変更)
データハンドラー					
BRAATEC-fas	2006年	終了	不可		CTEX2000(サンプラーの更新も必要)
C-TEX2000(SWAAN Ver.1.xxシリーズ)	2013年	終了	不可		CTEX2000+SWAAN Ver. 2
加熱槽					
BL-3	2010年	終了	不可		D2BX03
HBU-1000	2011年	終了	不可		D2BX03
検出器(比色計、UV計)					
SCIC-VIS	2013年	終了	不可	故障個所より別途相談	SCIC3000+コンソール側の改造必要
SCIC3000	2021年	2031年中に終了	可能		SCIC4010
Digital比色計(旧型):B+L製	2006年	終了	不可		Digital比色計(SEAL製)またはAA500システム
UV計(UV Photometer)	2015年	2025年12月末	可能(2025年末で終了)		UV Photometer Dual
SPARC2	2021年	2031年6月末	可能		SPARC3
ポンプ					
PUMP3	2013年	終了	不可		PUMP4
オートシャットダウンユニット					
ASU100	2004年	終了	不可		AASU2000
その他電磁弁式ユニット全て	2004年	終了	不可		AASU2000
システム					
QuAAtro(10本掛け)	2013年	終了	不可		QuAAtro39
SWAAT(AACS-V)(SWAAN Ver.1.xxシリーズ、12本掛けポンプ搭載型)	2014年	2024年12月28日	一部不可:基盤類は現状モデルと交換、ポンプは14本掛けに変更(プラテンリリース非対応)	ポンプ修理の場合は、事前にご相談ください	MiSSionまたはSWAAT28
STAT2000(12本、14本掛けポンプ搭載型)	2015年	2025年6月30日	一部不可:基盤類は現状モデルと交換、ポンプは14本掛けに変更	故障個所より別途相談	MiSSion-SまたはSWAAT28 1ch
SYNCA	2021年	2031年中	可能		MiSSion-S
MONITOR-V	2016年	2026年6月30日	2026年6月末		担当営業にご相談ください
AA1	2017年	2027年	可能		AA100に型式変更したのみ
AQ2、AQ2+	2016年	2026年6月30日	可能:一部部品在庫少	故障個所より別途相談	AQ400
DEENA-m	2020年	2030年	可能		DEENAI
SmartBlockII	2022年	2029年	可能		DEENAI

#上記に記載のないモジュール・システムの場合は技術部までお問い合わせください。